



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.05.000.М.001290.12.19 ОТ 18.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ", 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 11.12.2019 № Ц-2895/1480 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (аттестат аккредитации № RA.RU710030 от 10.06.2015).



Заключение действительно до 18.12.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бузинов Р.В.

Ф.И.О., подпись, печать

№ 3175200


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 29.01.05.000.М.001290.12.19 ОТ 18.12.2019 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности, в области использования источников  
ионизирующего излучения:  
эксплуатация, хранение и техническое обслуживание газовых хроматографов

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ
Газовый хроматограф «Кристалл 2000М», заводской номер 3219, 2003г.в. с закрытым радионуклидным источником бета-излучения типа ВNi3.С3.4, заводской номер ВNi3./717.12, 2012г.в. (радионуклид никель-63, 1,2 ГБк)	 Использование по назначению для проведения лабораторных исследований. Хранение. Техническое обслуживание. В соответствии с п.1.7.2 ОСПОРБ- 99/2010 данные ИИИ освобождаются от контроля.	Кабинет хроматографии аналитической лаборатории центра испытаний продукции на 1 этаже двухэтажной пристройки.  Мощность амбиентного эквивалента дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности эксплуатируемых Зрн И – не более 1,0 мкЗв/ч.
Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000», исполнение 2, заводской номер 1852536, 2018г.в. с закрытым радионуклидным источником бета-излучения типа ВNi3.С3.4.Р, заводской номер ВNi3./472.17, 2017г.в. (радионуклид никель-63, 0,99 ГБк)		



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

