УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «4» февраля 2020 г.
№ Ра1-18

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ДОПОЛНЕНИЕ № 2
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и Ненецком автономном округе (ФБУ «Архангельский ЦСМ»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя

165300, Россия, Архангельская область, г.Котлас, ул. К. Маркса, д. 48
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

БВ
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН				
1	Гири	20 кг	4 разряд, КТ M_1	
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ				
3	Счетчики газа	0,016–16,0 $м^3$/ч	ПГ ± (1,5–3,0) %	

Главный метролог ФБУ «Архангельский ЦСМ» С.В. Рубашенко

Эксперт по аккредитации И.В. Гончарова

Технический эксперт А.А. Фомин